


เอกสารแนบท้ายรูปแบบ
ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการด้านสมุนไพร จำนวน 1 ชุด

1. เก้าอี้ปฏิบัติการ ขนาดไม่น้อยกว่า 570x570x470-710 มม. (กxลxส) จำนวน 11 ตัว




2. ตู้เก็บสารเคมีชนิดผง ขนาดไม่น้อยกว่า 1000x600x1800 มม. (กxลxส) จำนวน 1 ชุด



3. ตู้ดูดควันไอสารเคมี ขนาดไม่น้อยกว่า 1500x990x2450 มม. (กxลxส)


จำนวน 1 ชุด




4. โต๊ะปฏิบัติการติดผนัง ดังนี้

4.1 โต๊ะปฏิบัติการติดผนังพร้อมตู้แขวนลอย ขนาดไม่น้อยกว่า 2000x750x800 มม. (กxลxส)


จำนวน 1 ชุด



4.2 โต๊ะปฏิบัติการติดผนังพร้อมอ่างล้าง ขนาดไม่น้อยกว่า 5580x750x800 มม. (กxลxส)
จำนวน 1 ชุด




4.3 โต๊ะปฏิบัติการติดผนังพร้อมโต๊ะวางเครื่องชั่ง ขนาดไม่น้อยกว่า 4100x750x800 มม. (กxลxส)
จำนวน 1 ชุด



4.4 โต๊ะปฏิบัติการติดผนัง ขนาดไม่น้อยกว่า 3850x750x800 มม. (กxลxส)

จำนวน 1 ชุด




4.5 โต๊ะปฏิบัติการติดผนัง ขนาดไม่น้อยกว่า 3450x600x800 มม. (กxลxส)

1. ห้องปฏิบัติการทดสอบ 2

จำนวน 1 ชุด

2. ห้องปฏิบัติการทดสอบ 3


จำนวน 1 ชุด



4.6 โต๊ะปฏิบัติการติดผนัง ขนาดไม่น้อยกว่า 3450x600x800 มม. (กxลxส)


1. ห้องปฏิบัติการทดสอบ 2

จำนวน 1 ชุด




4.7 โต๊ะปฏิบัติการติดผนัง ขนาดไม่น้อยกว่า 2950x600x800 มม. (กxลxส)


จำนวน 1 ชุด



- 4.8 โต๊ะปฏิบัติการกลางพร้อมชั้นวางของ ขนาดไม่น้อยกว่า 3040x1500x850 มม. (กxลxส)
จำนวน 1 ชุด



5. ตู้เก็บเสื่อการัน ขนาดไม่น้อยกว่า 1000x600x1800 มม. (กxลxส)
จำนวน 1 ชุด



6. เครื่องปรับอากาศ ดังนี้

6.1 เครื่องปรับอากาศ แบบแขวนใต้ฝ้า ขนาด 48,000 BTU

จำนวน 2 เครื่อง

6.2 เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ขนาด 12,000 BTU

จำนวน 6 เครื่อง