



ประกาศ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เรื่อง ยกเลิกประกาศ

ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์พัฒนาห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเซลล์สัตว์ จำนวน ๑ ชุด
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามประกาศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (คณะเภสัชศาสตร์) เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์พัฒนาห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเซลล์สัตว์ จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ นั้น

เนื่องจากไม่มีผู้ผ่านการพิจารณาข้อเสนอทางด้านเทคนิคในการจัดซื้อครุภัณฑ์ ตามประกาศประกวดราคาซื้อฯ เลขที่ ๑๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ รายการข้อเสนอทางด้านเทคนิค ดังนี้

ข้อ ๒ เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนความเร็วสูงชนิดควบคุมอุณหภูมิ จำนวน ๑ ชุด ดังนี้

ข้อ ๓.๒ หัวปั่น Swinging Bucket Rotor

ข้อย่อย ๓.๒.๑ Bucket สำหรับบรรจุหลอดพลาสติกกันแหลม ขนาด ๑๕ มิลลิลิตร ได้จำนวน ๘ หลอดต่อ Bucket และสามารถปั่นได้ความเร็วสูงสุดไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ รอบต่อนาที จำนวน ๔ Bucket

แต่ผู้ยื่นเสนอราคา เสนอแคตตาล็อกและรูปแบบรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

Bucket สำหรับบรรจุหลอดพลาสติกกันแหลม ขนาด ๑๕ มิลลิลิตร ได้จำนวน ๒ หลอดต่อ Bucket

และสามารถปั่นได้ความเร็วสูงสุดไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ รอบต่อนาที จำนวน ๔ Bucket

จึงไม่ผ่านข้อเสนอทางด้านเทคนิคดังกล่าว

ข้อย่อย ๓.๒.๒ Bucket สำหรับบรรจุหลอดพลาสติกกันแหลม ขนาด ๕๐ มิลลิลิตร ได้จำนวน ๔ หลอดต่อ Bucket และสามารถปั่นได้ความเร็วสูงสุดไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ รอบต่อนาที จำนวน ๔ Bucket

แต่ผู้ยื่นเสนอราคา เสนอแคตตาล็อกและรูปแบบรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

Bucket สำหรับบรรจุหลอดพลาสติกกันแหลม ขนาด ๕๐ มิลลิลิตร ได้จำนวน ๑ หลอดต่อ Bucket

และสามารถปั่นได้ความเร็วสูงสุดไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ รอบต่อนาที จำนวน ๔ Bucket

จึงไม่ผ่านข้อเสนอทางด้านเทคนิคดังกล่าว

ข้อ ๑๔ เมื่อหยุดการปั่น เครื่องจะยังรักษาระดับความเย็นจนกว่าจะเปิดฝาเครื่อง ไม่มีการแสดงละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่ครบถ้วน

ข้อ ๓ บีบสุญญากาศ จำนวน ๑ ชุด ดังนี้

ข้อย่อย ข้อที่ ๑๖ ชุดหัวกรองปราศจากเชื้อชนิดใช้แล้วทิ้งสำหรับกรองอาหารเลี้ยงเซลล์

(Disposable Sterile Bottle-Top Filters ที่มีแผ่นกรองขนาด 0.22 ไมครอน)

ผู้ยื่นเสนอราคา เสนอแคตตาล็อกไม่ตรงตามคุณลักษณะที่กำหนดไว้

ข้อ ๔ อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ (Water bath) จำนวน ๑ ชุด ดังนี้

ข้อย่อย ๑๐ สามารถตั้งโปรแกรมการทำงานของอ่างน้ำได้

ข้อย่อย ๑๒ สามารถตั้งเวลาในการปิดเครื่องเองโดยอัตโนมัติ

ผู้ยื่นเสนอราคา เสนอแคตตาล็อกและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะไม่ชัดเจน

ข้อย่อย ๑๔ มีน้ำยาควบคุมการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์ (Stabilizer for water Bath) ปริมาตรไม่น้อยกว่า ๑๐๐ มิลลิลิตร

จากการตรวจสอบแล้ว ผลิตภัณฑ์ที่ผู้ยื่นเสนอนำเสนอยกเลิกการผลิตไปแล้ว หากต้องการนำเสนอผลิตภัณฑ์นี้ ให้ทางผู้ยื่นเสนอราคาทำหนังสือยืนยันว่าสามารถจัดซื้อได้ตามที่ได้ระบุไว้

ข้อ ๖ ตู้อบลมร้อน (Hot air oven) จำนวน 1 ชุด คุณลักษณะเฉพาะ ดังนี้

ข้อย่อย ๘ ควบคุมอุณหภูมิได้ตั้งแต่ ๕ องศาเซลเซียสเหนืออุณหภูมิห้องถึง ๓๐๐ องศาเซลเซียส

ผู้ยื่นเสนอราคา เสนอแคตตาล็อกและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องที่ควบคุมอุณหภูมิได้ตั้งแต่

๑๐ องศาเซลเซียสเหนืออุณหภูมิห้องถึง ๓๐๐ องศาเซลเซียส

จึงไม่ผ่านข้อเสนอทางด้านเทคนิคดังกล่าว

ข้อ ๗ ชุดถังบรรจุไนโตรเจนเหลวสำหรับแช่ตัวอย่างแข็ง จำนวน ๑ ชุด คุณลักษณะเฉพาะ ดังนี้

ข้อย่อย ๑.๗ ระบบการเก็บตัวอย่างเป็นแบบใช้ Square Canister ชนิดบรรจุได้ 5 ชั้น

จำนวนไม่น้อยกว่า 6 อัน พร้อมกล่องใส่ตัวอย่างสำหรับหลอดทดลอง ขนาดช่อง 5x5 หลอด

จำนวน 30 กล่อง

ผู้ยื่นเสนอราคา เสนอแคตตาล็อก ระบุเป็นข้อย่อย ๑.๒ ไม่ตรงตามข้อย่อยที่กำหนดไว้

ข้อ ๑๐ เครื่องเขย่าผสมสาร จำนวน ๑ ชุด ดังนี้

ข้อย่อย ๔ สามารถปรับความเร็วได้ ตั้งแต่ ๒๕๐-๓,๐๐๐ รอบต่อนาที

ผู้ยื่นเสนอราคา เสนอแคตตาล็อกและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องที่สามารถปรับความเร็วได้

ตั้งแต่ ๕๐๐-๓,๐๐๐ รอบต่อนาที จึงไม่ผ่านข้อเสนอทางด้านเทคนิคดังกล่าว

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงขอยกเลิกประกาศดังกล่าว

ประกาศ ณ วันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕



(รองศาสตราจารย์ ดร.นิมิตร วรกุล)

คณบดีคณะเภสัชศาสตร์