



ประกาศ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เรื่อง ยกเลิกประกาศ

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์พัฒนาห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา จำนวน ๑ ชุด

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามประกาศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (คณะเภสัชศาสตร์) เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์พัฒนาห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๖/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ นั้น

เนื่องจากไม่มีผู้ผ่านการพิจารณาข้อเสนอทางด้านเทคนิคในการจัดซื้อครุภัณฑ์ ตามประกาศประกวดราคาซื้อฯ เลขที่ ๖/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ รายการข้อเสนอทางด้านเทคนิค ดังนี้ บริษัท เบคไทย กรุงเทพมหานครเคมีภัณฑ์ จำกัด

เงื่อนไขตามขอบเขตงาน	รายละเอียดการเสนอราคา
ข้อ ๗ เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำ (Autoclave) ขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐ ลิตร จำนวน ๑ ชุด	ข้อ ๗ เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำ (Autoclave)
ข้อย่อย ๘ มีถังน้ำทำด้วยวัสดุ Polypropylene เพื่อรองรับไอน้ำที่เกิดจากการนึ่ง	ขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐ ลิตร จำนวน ๑ ชุด
ข้อย่อย ๑๓ มีตะกร้าสแตนเลสแบบมีรูพรุน ด้านข้าง โดยรอบสำหรับใส่ของนึ่ง (Stainless basket) จำนวน ๒ ใบ	ข้อย่อย ๘ มีถังน้ำทำด้วยวัสดุ Polypropylene เพื่อรองรับไอน้ำที่เกิดจากการนึ่ง
ข้อย่อย ๑๔ มีตะกร้าสแตนเลสแบบทึบ (Stainless bucket) จำนวน ๒ ใบ	ข้อย่อย ๑๓ เสนอรายละเอียด แต่ไม่เสนอรูปภาพ ประกอบ ซึ่งเป็นสาระสำคัญในการยื่นเสนอราคา
	ข้อย่อย ๑๔ เสนอรายละเอียด แต่ไม่เสนอรูปภาพ ประกอบ ซึ่งเป็นสาระสำคัญในการยื่นเสนอราคา

ผลการตรวจสอบ : ไม่ผ่านการพิจารณาข้อเสนอทางด้านเทคนิค เนื่องจากยื่นเสนอราคาไม่ถูกต้อง และไม่ครบถ้วน ซึ่งเป็นสาระสำคัญในการยื่นเสนอราคา

บริษัท จรรย์เอสไอซีเอทส์ จำกัด

เงื่อนไขตามขอบเขตงาน	รายละเอียดการเสนอราคา
<p>ข้อ ๑. ตู้ชีวนิรภัย (BSC class II type A๒) ซ้อย่อย ๕ แผ่นกรองอากาศที่มีประสิทธิภาพสูง (HEPA Filter) ซึ่งมีประสิทธิภาพในการกรองอนุภาคขนาด ๐.๓ ไมครอน ได้ไม่น้อยกว่า ๙๙.๙๙๕%</p>	<p>ข้อ ๑. ตู้ชีวนิรภัย (BSC class II type A๒) ซ้อย่อย ๕ แผ่นกรองอากาศที่มีประสิทธิภาพสูง (HEPA Filter) ซึ่งมีประสิทธิภาพในการกรองอนุภาคขนาด ๐.๓ ไมครอน ได้ไม่น้อยกว่า ๙๙.๙๙%</p>
<p>ข้อ ๓. เครื่องวัดความเป็นกรดต่างของสารละลาย ซ้อย่อย ๑ เป็นเครื่องที่มีขนาดไม่น้อยกว่า ๕.๕ นิ้ว</p> <p>ซ้อย่อย ๑๑.๑ หัววัดแบบ Refillable ๓M KCl solution จำนวน ๑ อัน</p> <p>ข้อ ๖. เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบเขย่า ๑ ชุด ซ้อย่อย ๑๑.๒ ถาดเขย่าพร้อมแผ่นกันลื่น จำนวน ๑ อัน</p> <p>ซ้อย่อย ๑๑.๓ ถาดเขย่าเจาะรู จำนวน ๑ อัน</p>	<p>ข้อ ๓. เครื่องวัดความเป็นกรดต่างของสารละลาย ซ้อย่อย ๑ ไม่ระบุรายละเอียดในแคตตาล็อกที่ชัดเจน แต่คณะกรรมการพิจารณาผลฯ ได้สืบค้นข้อมูลจากเว็บไซต์ https://www.mt.com/th บริษัท เมทเลอร์-โทเลโด (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทผู้ผลิตเครื่องวัดความเป็นกรดต่าง ยี่ห้อ เมทเลอร์-โทเลโด พบว่า ข้อมูลของเครื่องวัดความเป็นกรดต่าง รุ่น SevenCompact pH meter รุ่น S๒๒๐ ที่ยื่นเสนอมา มีขนาดหน้าจอ ๔.๓ นิ้ว และเป็นสินค้าที่ยกเลิกการผลิตตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕</p> <p>ซ้อย่อย ๑๑.๑ ยื่นรูปภาพประกอบมา แต่ไม่ได้ระบุ Sensor Type และ Order Number ของหัววัดว่าใช้รุ่นใด ซึ่งเป็นสาระสำคัญในการยื่นเสนอราคา</p> <p>ข้อ ๖. เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบเขย่า ๑ ชุด ซ้อย่อย ๑๑.๒ ระบุรายละเอียดและรูปภาพประกอบ แต่ไม่ได้ระบุ Catalog Number ที่ชัดเจน ซึ่งเป็นสาระสำคัญในการยื่นเสนอราคา</p> <p>ซ้อย่อย ๑๑.๓ ระบุรายละเอียดและรูปภาพประกอบ แต่ไม่ได้ระบุ Catalog Number ที่ชัดเจน ซึ่งเป็นสาระสำคัญในการยื่นเสนอราคา</p>

ผลการตรวจสอบ : ไม่ผ่านการพิจารณาข้อเสนอทางด้านเทคนิค เนื่องจากยื่นเสนอราคาไม่ถูกต้อง และไม่ครบถ้วน ซึ่งเป็นสาระสำคัญในการยื่นเสนอราคา

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงขอยกเลิกประกาศดังกล่าว

ประกาศ ณ วันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภก.ฉัตรชัย วัฒนากิรมย์สกุล)

รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนานักศึกษา

รักษาการแทนคณบดีคณะเภสัชศาสตร์