



เอกสารแนบท้ายรูปแบบ
ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการด้านสมุนไพร จำนวน 1 ชุด


1. เก้าอี้ปฏิบัติการ จำนวน 16 ตัว



2. ตู้เก็บสารเคมีชนิดผง ขนาดไม่น้อยกว่า 1.00x0.60x1.80 ม. (ยxลxส) จำนวน 1 ชุด




3. ตู้ดูดไอระเหยเคมี ขนาดไม่น้อยกว่า 1.50x1.05x2.35 ม. (ยxลxส) จำนวน 1 ชุด




4. โต๊ะปฏิบัติการติดผนัง ดังนี้


4.1 โต๊ะปฏิบัติการกลางพร้อมชั้นวางของ ขนาดไม่น้อยกว่า 3.04x1.50x0.85 ม. (ยxลxส) จำนวน 2 ชุด




4.2 โต๊ะปฏิบัติการติดผนังพร้อมตู้แขวนลอย ขนาดไม่น้อยกว่า 2.00x0.75x0.80 ม. (ยxลxส) จำนวน 1 ชุด




4.3 โต๊ะปฏิบัติการติดผนังพร้อมอ่างล้าง ขนาดไม่น้อยกว่า 5.48x0.75x0.80 ม. (ยxลxส) จำนวน 1 ชุด



4.4 โต๊ะปฏิบัติการติดผนังพร้อมโต๊ะวางเครื่องชั่ง ขนาดไม่น้อยกว่า 4.10x0.75x0.80 ม. (ยxลxส) จำนวน 1 ชุด



4.5 โต๊ะปฏิบัติการติดผนัง ขนาดไม่น้อยกว่า 3.85x0.75x0.80 ม. (ยxลxส) จำนวน 1 ชุด




4.6 โต๊ะปฏิบัติการติดตั้ง ขนาดไม่น้อยกว่า 3.45x0.60x0.80 ม. (ยxลxส)

1. ห้องปฏิบัติการทดสอบ 2

จำนวน 1 ชุด

2. ห้องปฏิบัติการทดสอบ 3


จำนวน 1 ชุด




4.7 โต๊ะปฏิบัติการติดตั้ง ขนาดไม่น้อยกว่า 3.45x0.60x0.80 ม. (ยxลxส)

1. ห้องปฏิบัติการทดสอบ 2


จำนวน 1 ชุด




4.8 ใ้ปะปฏิบัติการติดผนัง ขนาดไม่น้อยกว่า 2.95x0.60x0.80 ม. (ยxลxส) จำนวน 1 ชุด



5. ตู้เก็บเลื่อยกาวน์ ขนาดไม่น้อยกว่า 1.00x0.60x1.80 ม. (ยxลxส) จำนวน 1 ชุด



6. EXHAUST แขนดูดเฉพาะที่ จำนวน 1 ชุด จำนวน 3 จุด



7. เครื่องปรับอากาศ ดังนี้

7.1 เครื่องปรับอากาศ แบบแขวนใต้ฝ้า ขนาด 48,000 BTU

จำนวน 2 เครื่อง

7.2 เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ขนาด 12,000 BTU

จำนวน 5 เครื่อง