แบบแจ้งเหตุผลเพิ่มเติมสำหรับผู้ยื่นข้อเสนอที่ไม่ผ่านการพิจารณา

เลขที่โครงการ : 63047469998

ชื่อโครงการ : ครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรม ประกอบอาคารใหม่ จำนวน 1 ชุด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105544059011 **ชื่อผู้เสนอราคา** บริษัท ออฟฟิเชียล อีควิปเม้นท์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

รายการพิจารณา : ครุภัณฑ์สำหรับ (๑) ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรม ประกอบอาคารใหม่ จำนวน 1 ชุด
๑. ข้อเสนอด้าน (๒) เทคนิค รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ข้อ 3 ใหญ่ โปรเจคเตอร์พร้อมจอภาพ ฯ **เหตุผล :** (๓) ข้อ 1 ย่อย เครื่องฉายภาพฯ บริษัทฯ ไม่ได้ยื่นหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย และหนังสือรับรองการสำรองอะไหล่ 5 ปี ตามข้อ 15-18 ข้อ 3 ย่อย ลำโพงติดผนัง บริษัทฯ ไม่ได้ยื่นหนังสือการสำรองอะไหล่จากบริษัทผู้ผลิต ตามข้อ 16 ข้อ 4 ย่อย เครื่องขยายเสียง บริษัทฯ ไม่ได้ยื่นหนังสือการสำรองอะไหล่จากบริษัทผู้ผลิต ตามข้อ 14
๒. ข้อเสนอด้าน (๒) เทคนิค รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ข้อ 3 ใหญ่ โปรเจคเตอร์ พร้อมจอภาพ ฯ **เหตุผล :** (๓) ข้อ 5 ย่อย ไมโครโฟนไร้สาย บริษัทฯ เสนอไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ เสนอมา 803.3 - 805.7 MHz แต่ช่วงความถี่ที่กำหนด คือ UHF 803.2 - 805.8 ตามข้อ 1.1 และไม่มีหนังสือรับรองการสำรองอะไหล่ ตามข้อ 1.14 ข้อ 6 ย่อย ไมโครโฟนมีสาย บริษัทฯ ไม่ได้ยื่นหนังสือรับรองการสำรองอะไหล่ ตามข้อ 2.6
๓. ข้อเสนอด้าน (๒) เทคนิค ข้อกำหนดทั่วไป หน้าที่ 14 ข้อ 1.3 **เหตุผล :** (๓) ผู้เสนอราคาจัดทำภาพรวม Perspective 2 มุมมอง ในภาพรวมทางด้าน จำนวนของโต๊ะปฏิบัติการ ไม่ตรงตามที่หน่วยงาน คือ จำนวน 14 ชุด บริษัทฯ ทำรูปแบบมาจำนวน 16 ชุด ตามแบบ FR-DR-02 แผ่นที่ 2-3
๔. ....(๒)........................ **เหตุผล :** ......(๓)........................

ลงชื่อ [signature]

(รองศาสตราจารย์ ดร.[illegible] วรกุล)

(๔) ตำแหน่ง คณบดีคณะเภสัชศาสตร์

[illegible]

แบบแจ้งเหตุผลเพิ่มเติมสำหรับผู้ยื่นข้อเสนอที่ไม่ผ่านการพิจารณา

เลขที่โครงการ : 6304 7469998

ชื่อโครงการ : ครุภัณฑ์สำหรับปรับปรุงห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเวชศาสตร์ชันสูตร ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 1 ชุด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0745537002110 ชื่อผู้เสนอราคา บริษัท เอส. เค. เทเวอร์เอเชีย จำกัด

รายการพิจารณา : ข้อเสนอด้าน (๑) เทคนิค (ครุภัณฑ์สำหรับปรับปรุงห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเวชศาสตร์ชันสูตร ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 1 ชุด)
๑. ข้อเสนอด้าน (๒) เทคนิค รายการ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ข้อ 3 ไมค์ โปรแกรมเขียนรหัสบัตร ฯ เหตุผล : (๓) ข้อ 5 ระบบ ไมโครโฟนไร้สาย ชนิดมือถือคู่หน้า UHF 2 ตัว ข้อ 1.1 ความถี่ในการใช้งาน โปรดระบุช่วงความถี่ที่กำหนดไว้ ที่กำหนดว่า ย่านความถี่ UHF 803.2 - 805.8 MHz เสาอากาศ ฯ เสนอ 803.3 ~ 805.7 MHz ซึ่งเสนอไม่ตรงตามที่กำหนดไว้
๒. (๒) เหตุผล : (๓)
๓. (๒) เหตุผล : (๓)
๔. (๒) เหตุผล : (๓)

ลงชื่อ .....

(รองศาสตราจารย์ ดร. นิลวัฒน วรกุล)

(๔) ตำแหน่ง คณบดีคณะเวชศาสตร์