

ขอบเขตของงานในส่วนการจัดทำเกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อื่น
เครื่องทดสอบการแช่แข็ง-ละลาย ขนาดไม่น้อยกว่า 400 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง

1. กำหนดสัดส่วนของน้ำหนักในการให้คะแนนระหว่างเกณฑ์ราคา และเกณฑ์อื่นเพื่อใช้ในการประเมินการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ ดังนี้

- เกณฑ์ราคา กำหนดน้ำหนักร้อยละ 50
- เกณฑ์อื่น กำหนดน้ำหนักร้อยละ 50

2. เกณฑ์คุณภาพกำหนดน้ำหนักร้อยละ 40

ประกอบด้วย

- ข้อเสนอด้านเทคนิค กำหนดน้ำหนักร้อยละ 40
- บริการหลังการขาย กำหนดน้ำหนักร้อยละ 10

3. ค่าคะแนนเกณฑ์ย่อย ของแต่ละเกณฑ์คุณภาพ

3.1. ข้อเสนอทางด้านเทคนิค (น้ำหนักร้อยละ 30) ประกอบด้วย

- 1) ค่าความถูกต้องของอุณหภูมิ ร้อยละ 10
- 2) ค่าความสม่ำเสมอของอุณหภูมิ ร้อยละ 10
- 3) อุปกรณ์ประกอบ ร้อยละ 10
- 4) ความสามารถของผู้ขาย ร้อยละ 10

3.1.1 ค่าความถูกต้องของอุณหภูมิ ให้น้ำหนักร้อยละ 10

ความสามารถ	คะแนน
มีค่าความถูกต้องของอุณหภูมิ ไม่เกิน ± 1 องศาเซลเซียส ที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส ไม่เกิน ± 3 องศาเซลเซียส ที่อุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส	8
มีค่าความถูกต้องของอุณหภูมิ ไม่เกิน ± 0.5 องศาเซลเซียส ที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส ไม่เกิน ± 2 องศาเซลเซียส ที่อุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส	10

3.1.2 ค่าความสม่ำเสมอของอุณหภูมิ ให้น้ำหนักร้อยละ 10

ความสามารถ	คะแนน
แต่ละจุดของตู้จะต้องมีอุณหภูมิสม่ำเสมอ โดยมีความแตกต่างได้ไม่เกิน ± 2 องศาเซลเซียส ที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส ไม่เกิน ± 5 องศาเซลเซียส ที่อุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส	8
แต่ละจุดของตู้จะต้องมีอุณหภูมิสม่ำเสมอ โดยมีความแตกต่างได้ไม่เกิน ± 1 องศาเซลเซียส ที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส ไม่เกิน ± 3 องศาเซลเซียส ที่อุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส	10

3.1.3 อุปกรณ์ประกอบ ให้น้ำหนักร้อยละ 10

ความสามารถ	คะแนน
เครื่องควบคุมและปรับระดับแรงดันไฟฟ้าแบบอัตโนมัติขนาด 1KVA	7
เครื่องควบคุมและปรับระดับแรงดันไฟฟ้าแบบอัตโนมัติขนาด 4KVA ขึ้นไป	10

3.1.4 ความสามารถของผู้ขาย ให้น้ำหนักร้อยละ 10

ความสามารถ	คะแนน
ผู้เสนอขายเคยขายสินค้าชนิดนี้มาก่อน	60
ผู้เสนอขายเคยขายสินค้าชนิดนี้มาก่อน และมีช่างผู้ชำนาญการที่ได้รับการอบรม/รับรองจากบริษัทผู้ผลิต	85
ผู้เสนอขายเคยขายสินค้าชนิดนี้มาก่อน มีช่างผู้ชำนาญการที่ได้รับการอบรม/รับรองจากบริษัทผู้ผลิต และมีช่างประจำอยู่ที่ จ.สงขลา หรือเขตภาคใต้	100

วิธีการประเมินหรือการให้คะแนน: พิจารณาให้คะแนนจากเอกสารที่ผู้ยื่นข้อเสนอยื่นมา

3.2 บริการหลังการขาย (น้ำหนักร้อยละ 10) ประกอบด้วย

- 1) แผนเพื่อการซ่อมบำรุงหลังการรับประกันความชำรุดบกพร่อง ร้อยละ 5
- 2) ระยะเวลาการรับประกันความชำรุดบกพร่อง ร้อยละ 5

3.2.1 แผนเพื่อการซ่อมบำรุงหลังการรับประกันความชำรุดบกพร่อง ให้นำหน้าร้อยละ 5 โดยให้ผู้ยื่นข้อเสนอแนะนำเสนอดังนี้

(1) แผนการสำรองอะไหล่เพื่อการบำรุงรักษาตลอดระยะเวลาประกัน กรณีที่เครื่องมีปัญหา และต้องใช้เวลาในการส่งอะไหล่ในระยะเวลาประกัน ต้องหยุดระยะเวลาประกันจนกว่าเครื่องจะพร้อมใช้งาน แล้วจึงเริ่มนับระยะเวลาประกันต่อจากระยะที่หยุดระหว่างรอซ่อมบำรุง

(2) แผนการบริการจัดการการดูแลและการบริการซ่อมฉุกเฉิน การซ่อมบำรุง Maintenance Contract ที่ดีที่สุด เช่น การส่งช่างซ่อมฉุกเฉินภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว (ไม่เกินหนึ่งสัปดาห์)

(3) ผู้ยื่นต้องนำเสนอรายละเอียดให้มากที่สุดแสดงถึงการบริการหลังการขายที่ประหยัดค่าซ่อมบำรุงรักษา เช่น ส่วนลดค่าแรงและ/หรือค่าอะไหล่หลังจากหมดระยะเวลาประกัน

เงื่อนไข	คะแนน
ยื่น 1 ข้อ	3
ยื่น 2 ข้อ	7
ยื่น 3 ข้อ	10

วิธีการประเมินหรือการให้คะแนน: พิจารณาให้คะแนนจากเอกสารที่ผู้ยื่นข้อเสนอยื่นมา

3.2.2 ระยะเวลาการรับประกันความชำรุดบกพร่อง ให้นำหน้าร้อยละ 5 โดยพิจารณาจากระยะเวลา ดังนี้

เงื่อนไข	คะแนน
ระยะเวลาการรับประกันความชำรุดบกพร่อง 2 ปี	8
ระยะเวลาการรับประกันความชำรุดบกพร่อง 2 ปี พร้อมเสนอบริการอื่นๆ เพิ่มเติม	10

วิธีการประเมินหรือการให้คะแนน: พิจารณาให้คะแนนจากเอกสารที่ผู้ยื่นข้อเสนอยื่นมา