

3. ระบบการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนสูง 10%

รายละเอียด	ร้อยละที่ได้
ไม่น้อยกว่า 150 องศาเซลเซียส	5
ไม่น้อยกว่า 180 องศาเซลเซียส	10

4. การปรับตำแหน่งติดตั้งประตูให้เปิดปิดทางด้านซ้ายหรือขวาได้ 5%

รายละเอียด	ร้อยละที่ได้
ไม่สามารถปรับได้	0
สามารถปรับได้	5

5. ระบบการกรองอากาศภายในตู้ด้วย HEPA filter ISO class 5 เพื่อลดการปนเปื้อน 5%

รายละเอียด	ร้อยละที่ได้
ไม่มีระบบการกรอง	0
มีระบบการกรอง	5

(2) เครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสง 5%

1. โปรแกรมการใช้งาน ครอบคลุม

1.1. Fixed สำหรับวัดค่าการดูดกลืนแสงและค่าเปอร์เซ็นต์การส่องผ่าน (%T)

1.2. Quant สำหรับวัดค่าความเข้มข้นของสารตัวอย่างเทียบกับกราฟมาตรฐาน

1.3. OD 600 สำหรับวัดค่าการดูดกลืนแสงเพื่อศึกษาการเจริญเติบโตของเซลล์ (Cell growth)

1.4. Scanning สำหรับสแกนหาค่าความยาวคลื่นสูงสุด

รายละเอียด	ร้อยละที่ได้
สามารถทำงานได้ครอบคลุมทุกโปรแกรม	5

วิธีการประเมินหรือการให้คะแนน: พิจารณาให้คะแนนจากเอกสารที่ผู้ยื่นข้อเสนอยื่นมา

3.2. บริการหลังการขาย (น้ำหนักร้อยละ 15) ประกอบด้วย

(1) ระยะเวลาการรับประกันความชำรุดบกพร่อง 10%

รายละเอียด	ร้อยละที่ได้
ระยะเวลาการรับประกันความชำรุดบกพร่อง 2 ปี	2
ระยะเวลาการรับประกันความชำรุดบกพร่อง 2 ปี พร้อมเสนอบริการต่าง ๆ หลังหมดอายุรับประกัน	5
ระยะเวลาการรับประกันความชำรุดบกพร่อง 2 ปี พร้อมเสนอบริการต่าง ๆ หลังหมดอายุรับประกัน และมีช่างบริการในพื้นที่จังหวัดสงขลา	10

วิธีการประเมินหรือการให้คะแนน: พิจารณาให้คะแนนจากเอกสารที่ผู้ยื่นข้อเสนอยื่นมา

(2) เป็นแบรนด์ที่มีตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยเป็นระยะเวลานาน มีความ 5%

น่าเชื่อถือ เพื่อประโยชน์ และความมั่นใจในการให้บริการหลังการขาย

รายละเอียด	ร้อยละที่ได้
เป็นแบรนด์ที่มีตัวแทนจำหน่ายในประเทศมานานกว่า 5 ปี แต่ถึง 10 ปี	2
เป็นแบรนด์ที่มีตัวแทนจำหน่ายในประเทศมานานไม่น้อยกว่า 10 ปี	5